




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Saúde

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Avenida das Nações, 855 – São Judas – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-3777
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Saúde

ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
01	AMBULÂNCIA DO TIPO A – AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	 Veículo do tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância do tipo A, simples remoção, com cap. Vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mín. 4.740 mm. Potência mínima de 135 cv. Comprimento mín. do salão de atendimento 2.500mm. Altura mín. do salão de atendimento 1.540mm. Ano/modelo não inferior a 2025. Diesel. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo Contran. Estrutura da cabine e da carroceria original, construída em aço. O painel elétrico interno deverá possuir 2 tomadas p/ 12v; as tomadas elétricas deverão manter uma distância mín. de 32 cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do comp. de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial; deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led; a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. na	UN.	01





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Saúde

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Avenida das Nações, 855 – São Judas – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-3777
www.jau.sp.gov.br



ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
		cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Sistema de oxigênio contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16L. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões in/out normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do Chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do Chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser no mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na		



		Veículo do tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância do tipo A, simples remoção, com cap. Vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mín. 4.740 mm. Potência mínima de 135 cv. Comprimento mín. do salão de atendimento 2.500mm. Altura mín. do salão de atendimento 1.540mm. Ano/modelo não inferior a 2025. Diesel, Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo Contran. Estrutura da cabine e da carroceria original, construída em aço. O painel elétrico interno deverá possuir 2 tomadas p/ 12v; as tomadas elétricas deverão manter uma distância mín. de 32 cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do comp. de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial; deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led; a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Sistema de oxigênio contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16L. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões in/out normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do Chassi ou			
--	--	--	--	--	--



		homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do Chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser no mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, 3 cintos de segurança fixos, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas que permitam a perfeita segurança e desengate rápido, com sistema de elevação de tronco do paciente de no mín. 45°. Acompanham: colchonete impermeável, lavável e com espuma. Balaústre: deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m. Deverá conter 1 banco giratório para médico ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000. 01 banco baú para 2 pessoas com cintos de segurança individuais,			
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Saúde

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Avenida das Nações, 855 – São Judas – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-3777
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Saúde

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
		posição estendida, 3 cintos de segurança fixos, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas que permitam a perfeita segurança e desengate rápido, com sistema de elevação de tronco do paciente de no mín. 45°. Acompanham: colchonete impermeável, lavável e com espuma. Balaústre: deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m. Deverá conter 1 banco giratório para médico ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000. 01 banco baú para 2 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos, encosto de cabeça e encosto das costas individuais. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Saúde

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Avenida das Nações, 855 – São Judas – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-3777
www.jau.sp.gov.br



ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
		do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no capô, vidros laterais e vidros traseiros, bem como as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde		

Ana Julia Sylvestre de Souza
Diretor Executivo
Secretaria de Saúde

Edson Zacarias da Silva
DIRETOR

